

农学院实验室安全检查通报

2021 年第 1 期

2021 年 4 月 6 日

4 月 6 日，共发现农学院实验室 26 处安全隐患，现将检查情况通报如下。

一、总体情况

4 月 6 日，农学院安全组检查发现的问题主要集中在危化品管理、个人防护等方面，具体如下：

1. 危化品柜未进行双人双锁管理、台帐记录不规范；
2. 实验室废弃物收集处置不规范，如废液桶、废胶桶未张贴标签，实验室废弃物堆放在公共区域等；
3. 个人防护不规范，如学生做实验时不穿实验服等；
4. 特种设备如灭菌锅使用登记不规范；
5. 实验垃圾未进行分类；
6. 实验室内饮食；

二、部分现场问题照片


生科楼 B1014 油料作物实验室:危化品柜未上锁



生科楼 B3022 小麦栽培: 学生未穿工作服




生科楼 B3023 耕作制度与农田生态课题组: 灭菌器记录登记不完整; 危化品登记台账不完整; 垃圾未分类; 实验室内饮食





生科楼(-)B1021 农业机电实验中心:废液桶未贴标签



理科楼 A115 作物种质资源、品质改良及利用实验室: 学生未穿工作服



理科楼 A321 小麦遗传育种课题组：垃圾未分类



理科楼 A401 棉花研究所：高压灭菌锅缺少记录本



理科楼 A405 棉花研究所：学生未穿工作服；水龙头漏水；垃圾未分类放置



理科楼 A431 棉花研究所：废液桶未贴标签




理科楼 A531 水稻所：废液桶未贴标签


理科楼 A519 水稻所：实验室内饮食



理科楼 A719 作物抗逆与种子生物学实验室：学生未穿工作服



理科南楼 F510 新品种选育实验室:学生未穿工作服; 实验室内饮食



理科南楼 F606 基因组分析实验室 II:高压灭菌锅记录不完整



理科南楼 F613 基因组分析实验室VII:危化品柜未双人双锁



理科南楼 F618 基因组分析实验室Ⅷ:学生未穿工作服; 实验室内安全通道堵塞



理科南楼 F621 基因组分析实验室IX:废液桶未张贴标签